



RETIFICAÇÃO N.º 001 – PREGÃO N.º 044/2018 – PROCESSO N.º 094/2018

Em razão da impugnação da empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, retificamos o item abaixo:

- 1) **“Item 27 – DEA – Desfibrilador Externo Automático. Como este produto, segundo as especificações, direciona para determinada marca.**

RESPOSTA: Informamos abaixo a especificação a ser considerada a partir desta data:

DEA – Desfibrilador Externo Automático – Analisa o ritmo cardíaco e aplica um choque elétrico em pacientes de parada cardíaca súbita para restaurar o ritmo cardíaco normal. Deverá ser fácil de usar e apresentar instruções audiovisuais claras para o socorrista, desde a aplicação das pás até a aplicação do choque (se necessário), tudo em língua portuguesa (Brasil). Formato de onda bifásico de curva de pulsação de saída autocompensadora (SCOPE) que compensa automaticamente a energia, inclinação e a curva do pulso de acordo com a impedância do paciente. Escala de seleção de energia até 200 J utilizando pás auto-adesivas adulto e infantil. Deverá permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos. Permitir atualização do equipamento a cada alteração de protocolo da American Heart Association, sem custo para a PMSP. Deverá permitir o armazenamento de dados no equipamento e vir acompanhado de acessório e software para a leitura e transferência de dados, visualização e impressão através de microcomputador, sem a necessidade de remover o DEA de operação. O equipamento deverá possuir visor de cristal líquido ou compatível para visualizar mensagens de texto, contador de choques, tempo de atendimento e traçado de ECG. Opções de energia: Adultos: choque 1: 150J; choque 2: 150J; choque 3: 200J. Crianças: choque 1: 50J; choque 2: 50J; choque 3: 50J. Comando de carga: automático após identificar arritmias chocáveis. Comando de choque: botão no painel frontal, quando piscando. Tempo máximo de carga: 6 segundos. Tensão de saída máxima: 1.500V. Corrente de saída máxima: 60 A. Deverá ser disponibilizado pela contratada o aparelho DEA com bateria, bem como 3 jogos de pás e todos os demais acessórios necessários para a perfeita operação do equipamento. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 bateria com capacidade para no mínimo 140 choques homologada pelo fabricante; 01 bolsa com alça para acondicionamento do equipamento e



GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

acessórios, resistente e lavável; 01 manual do equipamento para o usuário; 02 pares de eletrodos autoadesivos para adulto, 01 par de eletrodos autoadesivos infantil com desenho do correto posicionamento no paciente.

Considerando que tais alterações alteram a formulação da proposta alteramos a data da licitação, que passará a ser realizada no dia 05 de novembro de 2018 às 10:00 hs. O Edital retificado encontra-se disponível no site: www.angatuba.sp.gov.br.

Angatuba, 22 de outubro de 2018.

**JULIO ANTONIO DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR
PREGOEIRO**